



Gdańsk, dnia 31.08.2018 r.

PKM/DO/SP/350/5/18

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej jako „Ustawa Pzp” na dostawę i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania zgłoszone przez Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron i należy je uwzględnić przy opracowywaniu ofert.

PYTANIE 1:

Odnosząc się do zamówienia nr PKM/DO/SP/350/5/18 proszę o informację dla części 2 OPZ:
Czy wymagane parametry są parametrami minimalnymi?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dla wszystkich Części przedmiotu zamówienia wskazane parametry techniczne są parametrami minimalnymi.

PYTANIE 2:

Odnosząc się do zamówienia nr PKM/DO/SP/350/5/18 proszę o informację dla części 2 OPZ:
Otoskop może posiadać oświetlenie LED ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza zaproponowanie oświetlenia LED.

PYTANIE 3:

Proszę o informację dotyczące części 2 pkt 6 OPZ. Kabina bezechowa.
Co mamy rozumieć przez " podparcie: stopki wygłuszające "

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż pod pojęciem „podparcie: stopki wygłuszające” Zamawiający rozumie zastosowanie stopek na, których będzie posadowiona kabina.

PYTANIE 4:

Część nr 2 pkt 18 OPZ
Wymagania mikrofonu kierunkowego - 16 kanałów? czy to nie jest błąd?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie jest to błąd, ponieważ jest to minimalna wartość jaką Zamawiający wymaga dla tego urządzenia.

PYTANIE 5:

Część nr 2 pkt 26 OPZ

Czy dopuszczają Państwo parametry techniczne dla pkt 26 Urządzenie do pomiaru aparatów słuchowych: Hearing Instrument Testing IEC 60118-7 and ANSI S3.22 Safety IEC 60601-1, Class 1, Type B EMC IEC 60601-2

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza ww. parametry techniczne zgodnie z podaną normą.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej

Sławomir Kłos