



Gdańsk, dnia 10.09.2018 r.

PKM/DO/SP/350/5/18

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej jako „Ustawa Pzp” na dostawę i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracowni dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania zgłoszone przez Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron i należy je uwzględnić przy opracowywaniu ofert.

PYTANIE 1:

Część nr 1 - Wyposażenie pracowni masażu i fizjoterapii:

Do poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby ramy stołów do rehabilitacji były w kolorze białym, który dość szybko ulega zabrudzeniu i jest mniej praktyczny od ciemnego koloru?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wymaga aby ramy stołów do rehabilitacji były w kolorze białym.

PYTANIE 2:

Część nr 1 - Wyposażenie pracowni masażu i fizjoterapii:

Dot. poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnej pozycji poz. nr 1 celem umożliwienia złożenia oferty przez większą ilość wykonawców, dzięki czemu Zamawiający otrzyma korzystniejsze oferty cenowe, co powinno być w interesie Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na wydzielenie poz. nr 1 z danej części przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 3:

Część nr 1 - Wyposażenie pracowni masażu i fizjoterapii:

Dot. poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stolika pod aparaturę medyczną, trzypółkowego, z szufladą na akcesoria oraz uchwytem na kable, posiadającego półki wykonane z płyty meblowej, z systemem jezdny (kółkami), o stabilnej i trwałej konstrukcji, i wymiarach: 54 x 52 x 85cm (szer. x gł. x wys.)?



ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie stolika o ww. parametrach. Zaoferowany produkt winien być stolikiem zabiegowym a nie jak to wskazano powyżej stolikiem pod aparaturę medyczną. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 4:

Część nr 1 - Wyposażenie pracowni masażu i fizjoterapii:

Dot. poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bieżni, zgodnej z poniższym opisem:

Moc silnika: 3,5 KM / 1,75 KM mocy ciągłej

- Prędkość: 1-18 km/h regulowana elektronicznie co 0,1 km/h
- Nachylenie: 0-15 % regulowane elektronicznie co 1 %
- Sensory dotykowe: 2x
- Wymiary pasa: 142 x 50 cm
- Rolki transportowe
- Zasilanie: 230 v , 50 Hz
- Waga: 82 kg
- Max.waga użytkownika: 140 kg
- Wymiary po rozłożeniu: 179 x 80 x 138 cm
- Wymiary po złożeniu: 108 x 80 x 150 cm

Funkcje komputera:

- Wyświetlane funkcje: Nachylenie, Czas, Dystans, Prędkość, Ilość kalorii, Puls
- Ilość programów: 10 + 3 HRC
- Duży czytelny wyświetlacz
- Puls ręczny poprzez sensory dotykowe
- Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja)
- Podpórka na tablet, smartfon
- Gniazdo USB z funkcją ładowania?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza zaoferowanie bieżni, która będzie zawierała większość ww. parametrów oraz te, które zostały wskazane kolorem czerwonym poniżej:

Moc silnika: 3,5 KM / 1,75 KM mocy ciągłej

- Prędkość: 1-18 km/h regulowana elektronicznie co 0,1 km/h
- Nachylenie: 0-15 % regulowane elektronicznie co 1 %
- Sensory dotykowe: 2x
- Wymiary pasa: 142 x 50 cm
- Rolki transportowe
- Zasilanie: 230 v , 50 Hz
- Waga: 82 kg
- Max.waga użytkownika: 140 kg
- Wymiary po rozłożeniu: 179 x 80 x 138 cm
- Wymiary po złożeniu: 108 x 80 x 150 cm
- **Hamulec bezpieczeństwa**
- **Powierzchnię amortyzującą wstrząsy**

Funkcje komputera:

- Wyświetlane funkcje: Nachylenie, Czas, Dystans, Prędkość, Ilość kalorii, Puls
- **Ilość programów: min. 30**
- Duży czytelny wyświetlacz
- Puls ręczny poprzez sensory dotykowe



- Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja)
- Podpórka na tablet, smartfon
- Gniazdo USB z funkcją ładowania
- **Min. 1 wejście audio**

PYTANIE 5:

Część nr 1 - Wyposażenie pracowni masażu i fizjoterapii:

Dot. poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie lustra korekcyjnego, posiadającego cztery kółka jezdne na stabilnej podstawie metalowej, bez kółek na skrzydłach bocznych lustra, o wymiarach tafli: 160x63cm i wymiarach tafli bocznych 160x30cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na lustro korekcyjne o ww. parametrach. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 6:

Część nr 1 - Wyposażenie pracowni masażu i fizjoterapii:

Dot. poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do krioterapii z dwoma zbiornikami 30-litrowymi?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę.

PYTANIE 7:

Część nr 1 - Wyposażenie pracowni masażu i fizjoterapii:

Dot. poz. 11: Co Zamawiający ma na myśli poprzez „system automatycznie dezynfekujący i okamieniający”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż poprzez zastosowanie sformułowania:

1. system automatycznie dezynfekujący miał na myśli możliwość automatycznego dozowania płynu dezynfekcyjnego w procesie dezynfekcji układu hydromasażu,
2. system automatycznie odkamieniający miał na myśli możliwość informowania użytkownika urządzenia o konieczności przeprowadzenia procedury odkamieniania oraz aby wanna dysponowała odpowiedni program umożliwiający automatyczne przeprowadzenie takiego procesu.

PYTANIE 8:

Część nr 1 - Wyposażenie pracowni masażu i fizjoterapii:

Dot. poz. 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu wyposażonego w 2 mankiety sześciokomorowe do kończyny górnej?



ODPOWIEDZ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody. Zaoferowany produkt powinien być wyposażony w min. 2 mankiety sześciokanałowy do kończyny górnej oraz min. 2 mankiety sześciokanałowy kończyny dolnej. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 9:

Część 9 pracownia technika masażysty niedowidzącego:

1. Lupa elektroniczna

Rozumiemy, że Zamawiającemu chodzi o funkcjonalność polegającą na połączeniu lupy z telewizorem aby umożliwić osobie niedowidzącej oglądanie obrazów na dużym ekranie. Czy zatem dopuszcza Państwo lupę elektroniczną z możliwością podłączenia do TV i oglądania obrazów w powiększeniu poprzez system PAL/NTSC lub hdmi zamiast SCARTR, który jest jedną z wielu możliwości łączenia odbiorników?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza ww. parametry.

PYTANIE 10:

Część 9 pracownia technika masażysty niedowidzącego:

2. Tworząc zapis specyfikacji urządzenia lektorskiego do odczytywania głosem syntetycznym tekstu drukowanego (pkt 5), zestawu dydaktycznego wraz z drukarką (pkt 6) Zamawiający swoim postępowaniem polegającym na opisie warunków technicznych i funkcjonalności urządzenia naruszył dyspozycję przepisu art. 29 ust. 1 – 3 oraz 7 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiot zamówienia został opisany w taki sposób, który powoduje, że istnieje tylko jeden produkt spełniający określone przez Zamawiającego wymagania techniczne. Jest nim w punkcie 5 Autolektor Click oraz w punkcie 6 Mountbatten Brailor, których producentem i wyłącznym dystrybutorem na na Polskim rynku jest firma HARPO z Poznania. Z uwagi na treść przepisu art. 29 ust. 1 – 3 PZP jest to niedopuszczalne, uchybia to również obowiązkowi zachowania uczciwej konkurencji określonego w art. 7 ust. 1 ustawy.

Z uwagi na zaistniałą sytuację prosimy o dopuszczenie do tego postępowania urządzeń spełniających znamiona sprzętu lektorskiego oraz brailowskiego, jednocześnie nie zaniżające wartości użytkowych z perspektywy niedowidzących oraz niewidomych użytkowników. Czy w związku z powyższym dopuszcza Państwo do tego postępowania urządzenia o parametrach:

- Urządzenie lektorskie służące do odczytywania głosem syntetycznym tekstu drukowanego

Dwa tryby pracy – głosowy i tekstowy

Tempo czytania od 1 (najwolniej) do 10 (najszybciej)

Tworzenie alarmów głosowych i przypomnień w kalendarzu przy użyciu AudioMinder

Zapisywanie zeskanowanych dokumentów i zdjęć

Tworzenie albumów fotograficznych ze zdjęciami oznaczonymi etykietami głosowymi

Obsługa 20 języków / głosów

10-calowy, kolorowy ekran z powłoką antyodblaskową dla os. słabowidzących

Podświetlenie podwójnymi, jasnymi diodami LED

Obsługa przy użyciu wygodnych pokręteł i dużych przycisków

Dwie 5-megapikselowe kamery z auto fokusem

Energooszczędne, automatyczne funkcje trybu gotowości i uśpienia

20 języków / głosów

Praca na akumulatorze – 3 godziny lub na zasilaczu – bez ograniczeń



Ładowanie akumulatora – 2 godziny
Gniazdo 3,5 mm typu jack do podłączania słuchawek lub głośnika
Dwa porty USB
Wymiary 31,5 x 26,9 x 8,6 cm
Waga 1,6 kg

- Zestaw dydaktyczny wraz z drukarką brajlowską Zestaw do pisanie oraz odczytywania informacji czarnodrukowych oraz brajlowskich Elektroniczny mobilny notatnik wyposażony w klawiaturę QWERTY oraz brajlowską Złącza, 3 x USB, HDMI, mikrofonowe, Wbudowany CD Rom, Wbudowany ekran '15 Pamięć RAM: min 4 GB Dysk twardy: min 256 GB
Możliwość zapisywania dowolnych tekstów Możliwość tłumaczenia tekstów czarnodrukowych na brajlowskie Możliwość drukowania w brajlu Możliwość tłumaczenia z brajla na czarnodruk oraz z odwrotnie

Obsługa dokumentów w formatach: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, TXT, HTML, PDF, konwersja dokumentów w obu kierunkach: brajl – czarny druk, czarny druk – brajl, w wielu językach

Rozpoznawanie nagłówków i stopek programu Word
Możliwość profesjonalnego edytowania dokumentów tekstowych przed ich przetłumaczeniem
Możliwość edytowania zarówno dokumentów źródłowych, jak i brajlowskich
Moduł sprawdzania pisowni
Funkcja automatycznej aktualizacji
Przekształcanie tabel na dowolny z trzech formatów brajlowskich
Wygodne funkcje do zarządzania dużymi projektami adaptacyjnymi
Obsługa różnych typów brajla
Obsługa tekstowych komend sterujących formatowaniem dokumentu brajlowskiego
Translacja tekstu na druk powiększony
Drukowanie - druk i brajl w tej samej linii lub naprzemiennie
Podgląd edytowanego wzoru w wersji graficznej
Edycja wzoru w formie dostępnej dla niewidomych i nie wymagającej znajomości brajla
Możliwość pisanie brajlem za pomocą wbudowanego symulatora klawiatury brajlowskiej
Możliwość pracy w sieci
Możliwość importowania bitmap oraz grafiki wektorowej i przygotowanie ich w edytorze do wydruku na drukarkach brajlowskich, w formie wypukłej grafiki.
Możliwość drukowania brajlowskiego dwustronnie Możliwość komunikacji poprzez WiFi, Wlan, USB,

ODPOWIEDZ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie naruszył dyspozycji art. 29 ust. 1-3 ustawy Pzp ponieważ wskazując producenta określił on jedynie urządzenie jakie Wykonawca składający ofertę może zaoferować. Jednocześnie przy zachowaniu należytej staranności oraz uczciwej konkurencji Zamawiający określił równoważne parametry techniczne umożliwiające tym samym możliwość zaoferowania przez Wykonawcę innego urządzenia.

W związku z powyższym w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego ww. parametry techniczne.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej

Sławomir Kłos

