



Gdańsk, dnia 17.01.2019 r.

PKM/DO/SP/350/1/19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako „Ustawa Pzp” na dostawę i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania zgłoszone przez Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron i należy je uwzględnić przy opracowywaniu ofert.

PYTANIE 1:

W SOPZ dla części nr 2 tj. wyposażenie dotyczące mebli, w pozycji nr 8 – metalowa szafka odzieżowa 2 drzwiowa, Zamawiający podaje szereg parametrów, który musi spełniać. Jednym z nich jest kolor jasny pastelowy. Z wnikliwej analizy rynku wynika, że wiodący producenci metalowych szaf w standardzie malują na szary popiel Ral 7035. Ponadto określenie koloru jako „jasny pastelowy” jest zbyt ogólne aby wycenić produkt do oferty, ponieważ cena jest znacznie uzależniona od koloru. Ponadto producenci podają do wyboru określone kolory z palety RAL. Zamiana koloru możliwa jest jedynie na drzwiach, a korpus szafy pozostaje szary Ral7035.

Czy Zamawiający dopuszcza szafę w jednolitym kolorze Ral 7035 ? Jeśli nie to proszę o podanie numeru koloru według palety RAL.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania ww. koloru.

PYTANIE 2:

W SOPZ dla części nr 2 tj. wyposażenie dotyczące mebli, w pozycji nr 4 – szafa lekarska, Zamawiający podaje szereg parametrów, który musi spełniać. Jednym z nich jest kolor jasny pastelowy. Z wnikliwej analizy rynku wynika, że wiodący producenci szaf w standardzie malują na szary popiel Ral 7035. Ponadto określenie koloru jako „jasny pastelowy” jest zbyt ogólne aby wycenić produkt do oferty, ponieważ cena jest znacznie uzależniona od koloru. Ponadto producenci podają do wyboru określone kolory z palety RAL. Zamiana koloru możliwa jest jedynie na drzwiach, a korpus szafy pozostaje szary Ral 7035.

Czy Zamawiający dopuszcza szafę w jednolitym, standardowym kolorze Ral 7035 ? Jeśli nie to proszę o podanie numeru koloru według palety RAL.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania ww. koloru.



PYTANIE 3:

Część 4 poz. 2

Czy dopuszczają Państwo fantom dziecięcy o parametrach:

- poprawna anatomicznie budowa manekina umożliwia realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki piersiowej
- symulacja niedrożności dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odchylenie głowy / wysunięcie ruchomej żuchwy)
- unoszenie się klatki piersiowej, z opcjonalną dźwiękową informacją zwrotną
- ulepszony, stabilny mechanizm kompresji
- zgodna z wytycznymi G2015, głębokość ucisków: 50 - 60 mm
- symulowane tętno szyjne
- nowa elektronika oraz czujniki BTLE – Bluetooth Low Energy
- zasilanie bateryjne lub sieciowe
- wymienne drogi oddechowe oraz części twarzowe
- mata treningowa / torba transportowa

Zestaw zawiera:

- Manekin Resusci Junior QCPR
- walizkę transportową
- matę treningową
- 3 części twarzowe
- 2 wymienne drogi oddechowe
- ubranie

instrukcję obsługi

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania ww. fantomu.

PYTANIE 4:

Część 2 poz. 5

Czy dopuszczają Państwo stolik zabiegowy na kółkach w kolorze białym?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania ww. koloru.



PYTANIE 5:

Część 2 poz.8

Czy dopuszczają Państwo metalową szafę odzieżową zamykana na zamek cylindryczny w kolorze popielatym?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania ww. parametrów.

PYTANIE 6:

Część 2 poz 2

Czy dopuszczą Państwo o parametrach:

Taboret kosmetyczny o klasycznym, uniwersalnym wyglądzie, który wpasuje się w design każdego gabinetu kosmetycznego. Posiada okrągłe siedzisko wypełnione grubą pianką oraz oparcie. Całość pokryta eko-skórą łatwą w utrzymaniu czystości, w kolorze białym. Taboret umieszczony na pięcioramiennej podstawie z kółkami

Średnica siedziska: 35 cm

Wysokość siedziska:

- min.: 45 cm

- max: 60 cm

Szerokość podstawy: 56 cm

Szerokość oparcia: 35 cm

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza krzesła kosmetycznego o ww. parametrach.

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej

Sławomir Kłos

